

## 修订记录

日期	版本	修订记录
2022/06/01	5.4.0	1、支持时区设置
2020/04/17	5.0.0	1、首次发布版本

## 版本兼容性

当前版本	目标版本	升级是否兼容
5.0.0	5.4.0	是

## 升级指导

1. 请准备一个 FAT32 格式的 U 盘，将所有文件复制到 **U 盘根目录下**。  
**注意：建议使用 8GB FAT32 金士顿 U 盘。**
2. 插入 U 盘，然后重启仪器，恢复系统大概需要三分钟，仪器进入使用界面即表示恢复系统成功。
3. 系统恢复成功后，请删除 U 盘中所有文件，并升级到最新固件，如果不删除文件，仪器重启时会再次烧录这些文件。  
**注意：升级完操作系统版本后需要升级最新的软件版本，不然有些功能不正常，如果升级完毕后有显示问题，请执行调出出厂设置。**